

Digitales Fieberthermometer SC 35 T, SC 37 T, KD-132

CE 0197

Besonderheiten

Das SC 35 T, SC 37 T, KD-132 ist ein Maximum-Thermometer, d.h. die höchste Temperatur wird nach 60 Sekunden angezeigt. Der jeweils letzte Messwert wird gespeichert.

Sicherheitshinweise

- Das SC 35 T, SC 37 T, KD-132 ist ausschließlich zur Messung der menschlichen Körpertemperatur geeignet.
- Das Thermometer enthält Kleinteile (Batterien, etc.), die von Kindern verschluckt werden könnten. Bewahren Sie deshalb Batterien und Thermometer für Kleinkinder unerreichbar auf. Wende eine Batterie oder ein anderes Teil verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Die beiliegenden Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, in ein Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Schützen Sie das SC 35 T, SC 37 T, KD-132 vor Sonnenlicht, Temperaturen über 50°C.
- Lassen Sie das SC 35 T, SC 37 T, KD-132 nicht fallen, biegen Sie es nicht und öffnen Sie es nicht (ausgenommen das Batteriefach zum Batteriewechsel).

Bedienungsanleitung

Zum Einschalten drücken Sie die I/O-Taste. Ein kurzer Signalton zeigt den Zustand „eingeschaltet“ an. Gleichzeitig erfolgt ein Segmenttest (Kontrolle aller Segmente im Display und ein interner Funktionscheck). (Siehe unter „Funktionscheck“).

Anschließend erscheint bei einer am Temperatur-Sensor anliegenden Temperatur von weniger als 32°C ein „L“ und ein „C“. Nach ca. 1 Sekunde beginnt das „C“ zu blinken. Das „L“ steht für low (niedrig – niedriger als 32°C).

Während der Messung wird die aktuelle Temperatur laufend angezeigt und das „C“ blinkt während der gesamten Messzeit. Nach ca. 60 Sekunden ist die Messung abgeschlossen.

Bei oral oder rektaler Messung wird die annähernde Endtemperatur nach ca. 60 Sekunden angezeigt, sie ändert sich von da nur unwesentlich.

Nach der Messung bleibt bis zum Ausschalten des SC 35 T, SC 37 T, KD-132 der gemessene Temperaturwert im Display stehen. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch durch kurzes Drücken der I/O-Taste aus. Sie hören dabei wieder den Signalton. Falls das Gerät nicht ausgeschaltet wird, erhält es nach ca. 3 Minuten den Signalton und das Gerät schaltet sich von selbst aus.

Fieberalarm

Wird eine Körpertemperatur über 37,5°C gemessen, warnt Sie das Gerät mit schneller Signalltonfolge und dem blinkenden Display.

Anzeige des letzten Messwertes

Der letzte Messwert wird angezeigt, wenn beim Einschalten die I/O-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt halten. Sobald Sie die I/O-Taste loslassen, geht das Gerät in die Messbereitschaft.

Funktionscheck

Die ordnungsgemäße Funktion des Thermometers wird beim Einschalten automatisch überprüft. Bei einer Fehlerfunktion (Messgenauigkeit) wird im Display „Err“ (Fehler) angezeigt.

Messwertstreuung

Abhängig vom Messort schwankt die gemessene Temperatur. Der Grund dafür ist die unterschiedliche Temperaturverteilung im menschlichen Körper. So haben Sie bei einer rektal gemessenen Temperatur von 36,6°C einen oral gemessenen Wert von 36,1°C und axillär gemessen von 35,6°C.

Messorte

In der Mundhöhle sind kleine Temperaturschwankungen von Messung zu Messung normal. Sie werden durch die unterschiedliche Temperaturverteilung der Mundhöhle verursacht. Wenn Sie das Thermometer in einer der beiden Wärmetaschen unter der Zunge, links und rechts an den Zungenwurzel. Der Temperatur-Sensor muss einen guten Gewebekontakt haben. Schließen Sie den Mund und atmen Sie durch die Nase, so wird das Messergebnis nicht durch die Atmung beeinflusst. Messzeit: ca. 1 Minute.

Im After (rektal)

Dies ist die sicherste Methode. Sie eignet sich besonders für Säuglinge und Kleinkinder. Die Thermometerspitze wird vorsichtig max. 2 cm weit in den After eingeführt. Messzeit: ca. 1 Minute.

Unter dem Arm (axillär)

Diese Messart ergibt aus medizinischer Sicht zu ungenauen Werten. Sie ist deshalb zur Durchführung von genauen Messungen ungeeignet.

Messen der Basalttemperatur

Auch zur Messung der fruchtbaren bzw. unfruchtbaren Tage der Frau nach der Temperatormethode kann das Gerät bequem und praktisch eingesetzt werden.

Batteriewechsel

Wenn im Display das Symbol erscheint, ist die Batterie erschöpft. Ersetzen Sie die erschöppte Batterie durch eine gleichen Typ. Entfernen Sie durch Abziehen die Kappe des Batteriefaches. Die Batterie in der Kappe ist jetzt zugänglich. Entnehmen Sie die verbrauchte Batterie mit einem spitzen Hilfsmittel (Pinzette, etc.) und setzen Sie die neue Batterie (LR 41 oder SR 41) ein. Bitte achten Sie auf die Einbaulage. Batterien erhalten Sie in Uhren- oder Elektrofachgeschäften.

Messtechnische Kontrolle

Eine Überprüfung der Messgenauigkeit des SC 35 T, SC 37 T, KD-132 ist im Regelfall nicht erforderlich. Für Geräte, die in der medizinischen Praxis Verwendung finden, schreibt die aktuelle Medizinprodukte-Betreiberordnung eine messtechnische Kontrolle nach 2 Jahren vor. Messtechnische Kontrollen führen die Eichämter durch.

Reinigung und Desinfektion

Jede Apotheke führt Alkoholultraper (Alkoholpads) verschiedener Anbieter, mit denen das Gerät komplett abgewischt werden kann.

Zur Desinfektion des Gerätes beim Einsatz in medizinischen Einrichtungen werden Muccit®-F2000 oder Helpur®-Hplus empfohlen. Beide sind wirksam gegen alle Hospitalismus-Erreger und sind über jede Apotheke zu erwerben.

Mikrobakterielle Kontamination:

Da eine hundertprozentige Desinfektion im häuslichen Einsatz häufig nicht gegeben ist, empfehlen wir, dass jede Person ihr Thermometer benutzt. So können Ansteckungsrisiken vermieden werden.

Garantie

Wir übernehmen 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit des Gerätes. Innerhalb der Garantiezeit behalten wir kostenlos alle Material- oder Herstellereihen. Sollten sich wieder Wærte mängel herausstellen, schicken Sie bitte den Artikel an den Importeur. Legen Sie bitte den Kaufbeleg und eine kurze Fehlerbeschreibung bei.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen.

Entsorgungshinweise

Defekte oder nach Ende der Nutzungsdauer außer Betrieb genommene Geräte können Rückstände enthalten, die ein Risiko für die Umwelt darstellen könnten. Bitte entsorgen Sie das Gerät sachgerecht über eine kommunale Sammelstelle für elektrische Altgeräte.

Sammelstellen stehen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.

Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Im Batterievertrieb Handel sowie in kommunalen

Technische Daten

Typ Maximum-Thermometer
Messbereich 32,0°C - 43,9°C, Temperatur < 32,0°C: Anzeige „L“ für low (zu niedrig). Temperatur > 43,9°C: Anzeige „H“ für high (zu hoch).

Messgenauigkeit 0,1°C: 35,5°C - 42,0°C bei einer Umgebungstemperatur: 18°C - 28°C
Selbst-Test Automatische interne Überprüfung auf Testwert 37,0°C. Bei einer 0,1°C: 35,5°C - 42,0°C bei einer Umgebungstemperatur: 18°C - 28°C.

Anzeige 3-stellig Flüssigkristall-Anzeige (LCD-Display).
Batterie-Typ 1 Stück: LR 41 oder SR 41.
Batterie-Anzeige Das Symbol zeigt Batterie als erschöpft an.

Lagertemperatur -10°C bis 50°C.

Zeichenerklärung

Hersteller K-jump Health Co., Ltd.
No. 56, Wu Kung 5th Rd.
New Taipei Industrial Park
New Taipei City, 24890 Taiwan

EU-Vertreter Polygreen Germany GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95
14532 Stahnsdorf, Germany

Importeur SCALA Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Str. 95
14532 Stahnsdorf, Germany

Anwendungsteil Type BF
Herstellungzeitraum Monat/Jahr

Gebrauchsanweisung lesen!

Clinical thermometer SC 35 T, SC 37 T, KD-132

GB

Special features
The SC 35 T, SC 37 T, KD-132 is a maximum thermometer, i.e. the highest temperature is displayed after only 60 seconds. The most recent measured value is always saved.

Safety information

- The SC 35 T, SC 37 T, KD-132 is suitable only for measuring human body temperatures.
- The thermometer contains small parts (batteries, etc.) which could be swallowed by small children. Please keep the thermometer and its batteries out of the reach of small children. If the battery or other parts are swallowed you should seek medical help immediately.
- Protect the SC 35 T, SC 37 T, KD-132 from direct sunlight and temperatures above 50°C.
- Never drop the SC 35 T, SC 37 T, KD-132, do not bend or open it (with the exception of the battery compartment for battery replacement).

Operating manual

Press the I/O button to switch on. A short signal tone shows that the device is in the "switched on" condition. A segment test takes place simultaneously (checks all display segments and carries out an internal function test (see under "Function test").

After this, if the temperature measured by the temperature sensor is less than 32°C, the display shows an "L" and a "C". The current temperature is continuously displayed during measurement, and the "C" blinks during the entire measurement time. The measurement is completed after around 60 seconds. If the measurement is taken orally or rectally, the approximate final temperature is shown after about 60 seconds and changes only marginally after this time.

After the measurement is completed, the temperature value measured remains in the display until the SC 35 T, SC 37 T, KD-132 is switched off. To turn the device off after use, press the I/O button briefly.

The signal tone will again be sounded. If the device is not switched off, a signal tone is sounded after around 3 minutes and the device then switches off automatically.

Fever alarm

If the temperature measured is 37,5°C or higher, a fever alarm is sounded (short double beeps for about 4 seconds). Four long beeps indicate that measurement is completed and the temperature is below 37,5°C.

Display of last measured value

If you keep the I/O button pressed for longer than three seconds, the last measured value will be shown in the display. As soon as you release the I/O button, the device is ready to take measurements.

Function test

The thermometer is checked for correct functioning automatically every time it is switched on. All segments are displayed, and then L/C. If a failure (measurement inaccuracy) is recognised, "Err" (Error) is shown in the display.

Measured value deviation

The measured temperatures will always deviate, depending on the measurement location. This is normal and caused by deviations in temperature distribution on the human body. You could, for example, measure a rectal temperature of 36,6°C, an oral temperature of 36,1°C and an armpit value of 35,6°C.

Measurement locations

In the mouth (oral): Small temperature variations in the mouth between measurements are normal. These are caused by varying temperature distribution within the mouth. Try to place the thermometer in one of the two heat pockets under the tongue, to the left and right of the tongue root. The measurement sensor must have good contact with the tissue. The subject should close the mouth and breathe normally through the nose so that the measured result is not affected by breathing air.

In the anus (rectal)

This is the safest method. It is particularly suitable for infants and small children. Guide the thermometer point carefully max. 2 cm into the anus. Measuring period: approx. 1 minute.

Under the arm (axillary)

From a medical viewpoint this type of measurement leads to inaccurate values. It is therefore unsuitable for carrying out exact measurements.

Measuring the basal temperature

The device can also be comfortably and practically used for the measurement of fertile or unfertile days in the female cycle using the temperature measurement method.

Changing the battery

As soon as the symbol appears in the display, the battery has run out and requires replacement. Always replace the discharged battery with one of the same type. To do this, proceed as follows:

Push the cover off the battery compartment. The battery can now be accessed. Remove the used battery with the help of a pointed object (pinchers, small screwdriver etc.) and put the new battery (AG 3, LR 41 or SR 41). Please make sure it is the right way round. You can purchase batteries from jewelers or electrical shops.

Measurement checks

Checking the accuracy of the thermometer is not necessary in most cases. The Medical Product User Instructions stipulate a measurement check every two years for devices used in medicinal practices. If you require a measurement check (at your expense), please send the thermometer to importers address. Please make sure it is well-packed and that the correct postage stamps are applied.

Cleaning and disinfection

From an apothecary's point of view, the thermometer is not suitable for use in medical practices, as it is not designed for use in medical facilities.

Measuring the basal temperature

The device can also be comfortably and practically used for the measurement of fertile or unfertile days in the female cycle using the temperature measurement method.

Replacing the battery

The battery can now be accessed. Remove the used battery with the help of a pointed object (pinchers, small screwdriver etc.) and put the new battery (AG 3, LR 41 or SR 41). Please make sure it is the right way round. You can purchase batteries from jewelers or electrical shops.

Measurement checks

Checking the accuracy of the thermometer is not necessary in most cases. The Medical Product User Instructions stipulate a measurement check every two years for devices used in medicinal practices. If you require a measurement check (at your expense), please send the thermometer to importers address. Please make sure it is well-packed and that the correct postage stamps are applied.

Cleaning and disinfection

From an apothecary's point of view, the thermometer is not suitable for use in medical practices, as it is not designed for use in medical facilities.

Measuring the basal temperature

The device can also be comfortably and practically used for the measurement of fertile or unfertile days in the female cycle using the temperature measurement method.

Replacing the battery

The battery can now be accessed. Remove the used battery with the help of a pointed object (pinchers, small screwdriver etc.) and put the new battery (AG 3, LR 41 or SR 41). Please make sure it is the right way round. You can purchase batteries from jewelers or electrical shops.

Measurement checks

Checking the accuracy of the thermometer is not necessary in most cases. The Medical Product User Instructions stipulate a measurement check every two years for devices used in medicinal practices. If you require a measurement check (at your expense), please send the thermometer to importers address. Please make sure it is well-packed and that the correct postage stamps are applied.

Cleaning and disinfection

From an apothecary's point of view, the thermometer is not suitable for use in medical practices, as it is not designed for use in medical facilities.

Measuring the basal temperature

The device can also be comfortably and practically used for the measurement of fertile or unfertile days in the female cycle using the temperature measurement method.

Replacing the battery

The battery can now be accessed. Remove the used battery with the help of a pointed object (pinchers, small screwdriver etc.) and put the new battery (AG 3, LR 41 or SR 41). Please make sure it is the right way round. You can purchase batteries from jewelers or electrical shops.

Measurement checks

Checking the accuracy of the thermometer is not necessary in most cases



Termómetro clínico SC 35 T, SC 37 T, KD-132

CE 0197

Particularidades
El SC 35 T, SC 37 T, KD-132 es un termómetro de máxima, es decir, la temperatura más alta ya se visualiza al cabo de 60 segundos. El último valor medido en cada caso se almacena.

Advertencias de seguridad

- ♦ El termómetro es apropiado exclusivamente para la medición de la temperatura corporal humana.
- ♦ El termómetro contiene piezas pequeñas (pilas, etc.), que pueden ser tragadas por los niños. Por este motivo, guarde las pilas y el termómetro en un lugar inaccesible para los niños de corta edad. Si una pila u otra pieza ha sido tragada, hay que acudir inmediatamente al médico.
- ♦ Las pilas adjuntas no se deben cargar ni reactivar con otros medios, desarmar, echar al fuego ni cortocircuitar. Las pilas se han de eliminar de la forma correcta. Para este fin hay unos depósitos correspondientes para echar las baterías descargadas en el comercio vendedor de baterías y en centros de recogida municipales.
- ♦ Proteja el termómetro de la luz solar y de temperaturas superiores a 50 °C.
- ♦ No deje caer el termómetro, no lo doble y no lo abra (con excepción del compartimento de pila para el cambio de la pila).

Instrucciones de manejo

Presione la tecla I/O para encender el termómetro. Una breve señal acústica indica el estado "encendido". Al mismo tiempo se produce una prueba de segmentos (comprobación de todos los segmentos de la pantalla y una prueba de funcionamiento interno (véase en el apartado "Prueba de función").



A continuación aparecerá una "L" y el signo "°C" si la temperatura aplicada al sensor de temperatura es inferior a -32 °C. Tras aprox. 1 segundo empieza a parpadear el signo "L". La "L" significa low (baja) - inferior a -32 °C.

Durante la medición se visualiza continuamente la temperatura momentánea y el signo "°C" parpadea durante todo el tiempo de medición. Tras aprox. 60 segundos está finalizada la medición.

En el caso de medición oral o rectal se visualiza la temperatura final aproximada al cabo de unos 60 segundos, después de ese momento variará sólo muy poco. Sin embargo, con el método de medición axilar, ha de mantener una duración de medición de 5 a 10 minutos. En este caso se puede repetir varias veces la medición rectal y la axilar.

Máximo/s mínimo/s visados en pantalla sólo hasta el SC 35 T, SC 37 T, KD-132 stångs av. Stängs av apparaten efter användning genom att kort tryckta på I/O-knappen. Du hör nu turen ljudsignaler. Stängs apparaten igen, här ljudsignalerne efter ca 3 sekunder och apparaten stängs av automatiskt.

Indikering av det senaste mätvärdet

Trycker du vid klickpappning av apparaten på I/O-knappen längre än 3 sekunder, visas det senaste mätvärdet på displayen. När du släpper I/O-knappen igen, är apparaten driftklar.

Försäkring

Vid en kroppstemperatur över 37,5°C varnar apparaten med snabba signalljud och blinkande display.

Intern funktionskontroll

Termometerns korrekta funktion kontrolleras automatiskt varje gång du sätter på den. Först visas alla segmenter och därefter L'C. Fastställs en felkunskap (mätning med intern referensmodstand), visas "Err" (fel) på displayen.

Variander mätvärden

Beroende på var manter kan temperaturerna variera. Detta är helt normalt och beror på temperaturfördelningen i människans kropp. Ar temperaturen vid rektal mätning exempelvis 36,6°C, kommer temperaturen som mäts oralt att ligga på 36,1°C medan den i armhålan endast är 35,6°C.

Mätsättalen

I munhålan (oral)

I munhålan är mindre temperaturvariationer från mätning till mätning normala. Dessa försäkras av den varierande temperaturfördelningen i munhålan. För i termometern under tunga (värmelekter) till höger och vänster sidan om tungbass. Det är viktigt att temperatursensorn erhåller en bra kontakt till vävnaden. Stäng munnen och andas lugnt genom näsan. På detta sätt undviker man en påverkan av mätresultatet genom andningsflödet. Måttid: ca 60 sekunder.



Digital febertermometer SC 35 T, SC 37 T, KD-132

CE 0197

Vi gratulerar till köpet av denna kvalitetsprodukt från SCALA Electronic GmbH. Läs igenom bruksanvisningen före första användningen.

Egenskaper

SC 35 T, SC 37 T, KD-132 är en maximal termometer, dvs. den högsta temperaturen visas redan efter 60 sekunder. Det senaste mätvärdet sparas.

Säkerhetsinformation

• SC 35 T, SC 37 T, KD-132 är endast avsedd för mätning av människans kroppstemperatur.

• Termometern innehåller mindre delar (batterier etc.), som barn kan råka svälja. Förvara därför den termometer alltid utan räckhåll för mindre barn. Har någon råkat svälja ett batteri eller en annan del, måste man omedelbart söka medicinsk hjälp.


• De bifogade batterierna får ej läddas eller på annat sätt reaktiveras, inte tas isär, kastas in i öppen eld eller kortsätts. Avfallshantering måste utföras fackmässigt. För detta ändamål finns det motsvarande beställare i handeln (som har batterier i sitt sortiment och på kommunala samlingsställen).

• Proteja el termómetro de la luz solar y de temperaturas superiores a 50 °C.

• No deje caer el termómetro, no lo doble y no lo abra (con excepción del compartimento de pila para el cambio de la pila).

Instrucciones de manejo

Presione la tecla I/O para encender el termómetro. Una breve señal acústica indica el estado "encendido". Al mismo tiempo se produce una prueba de segmentos (comprobación de todos los segmentos de la pantalla y una prueba de funcionamiento interno (véase en el apartado "Prueba de función").



A continuación aparecerá una "L" y el signo "°C" si la temperatura aplicada al sensor de temperatura es inferior a -32 °C. Tras aprox. 1 segundo empieza a parpadear el signo "L". La "L" significa low (baja) - inferior a -32 °C.

Durante la medición se visualiza continuamente la temperatura momentánea y el signo "°C" parpadea durante todo el tiempo de medición. Tras aprox. 60 segundos está finalizada la medición.

En el caso de medición oral o rectal se visualiza la temperatura final aproximada al cabo de unos 60 segundos, después de ese momento variará sólo muy poco. Sin embargo, con el método de medición axilar, ha de mantener una duración de medición de 5 a 10 minutos. En este caso se puede repetir varias veces la medición rectal y la axilar.

Máximo/s mínimo/s visados en pantalla sólo hasta el SC 35 T, SC 37 T, KD-132 stångs av. Stängs av apparaten efter användning genom att kort tryckta på I/O-knappen. Du hör nu turen ljudsignaler. Stängs apparaten igen, här ljudsignalerne efter ca 3 sekunder och apparaten stängs av automatiskt.

Indikering av det senaste mätvärdet

Trycker du vid klickpappning av apparaten på I/O-knappen längre än 3 sekunder, visas det senaste mätvärdet på displayen. När du släpper I/O-knappen igen, är apparaten driftklar.

Försäkring

Vid en kroppstemperatur över 37,5°C varnar apparaten med snabba signalljud och blinkande display.

Intern funktionskontroll

Termometerns korrekta funktion kontrolleras automatiskt varje gång den sätters på. Först visas alla segmenter och därefter L'C. Fastställs en felkunskap (mätning med intern referensmodstand), visas "Err" (fel) på displayen.

Variander mätvärden

Beroende på var manter kan temperaturerna variera. Detta är helt normalt och beror på temperaturfördelningen i människans kropp. Ar temperaturen vid rektal mätning exempelvis 36,6°C, kommer temperaturen som mäts oralt att ligga på 36,1°C medan den i armhålan endast är 35,6°C.

Mätsättalen

I munhålan (oral)

I munhålan är mindre temperaturvariationer från mätning till mätning normala. Dessa försäkras av den varierande temperaturfördelningen i munhålan. För i termometern under tunga (värmelekter) till höger och vänster sidan om tungbass. Det är viktigt att temperatursensorn erhåller en bra kontakt till vävnaden. Stäng munnen och andas lugnt genom näsan. På detta sätt undviker man en påverkan av mätresultatet genom andningsflödet. Måttid: ca 60 sekunder.

Andningsöppning (rectal)

Detta är den säkraste metoden. Den är särskilt lämplig för spädbarn och småbarn. För i termometerns spets förstörts i andningsöppningen 1 – 2 cm. Måttid: ca 60 sekunder.

Larmhålan (axillär)

Ur medicinska synsikt ger detta sätt att mäta inte tillräckligt exakta värden. Det är därför olämpligt om man vill genomföra exakta mätningar. Måttid: ca 60 sekunder.

Under armen (axilar)

Denne måling giver efter et medicinsk standpunkt for unojagtige resultater. Den er derfor ikke egnet til at foretage nojagtige målinger med.

Tiempo de medición: aprox. 60 segundos.

En el ano (rectal)

Este es el método más seguro. Es apropiado particularmente para lactantes y niños de corta edad. La punta del termómetro se introduce cuidadosamente 1–2 cm en el ano.

Tiempo de medición: aprox. 60 segundos.

Debajo del brazo (axilar)

Desde el punto de vista médico, esta forma de medición ofrece unos valores demasiado inexactos. Por tanto, no es apropiada para efectuar mediciones exactas. Tiempo de medición: 5 a 10 minutos.

Medir la temperatura basal

El termómetro se puede utilizar de una forma cómoda y práctica también para la determinación de los diarios fétiles o bien infertiles de la mujer según el método de medición de la temperatura.

Cambio de la pila

Tan pronto como el símbolo □ aparece en la pantalla, la pila está agotada y es necesario cambiarla. Sustituya la pila agotada por otra del mismo tipo. Proceda para ello del modo siguiente: Retire la tapa del compartimento de pila. Ahora, la pila es accesible. Extraiga la pila con ayuda de algún medio puntagudo (pinzas, pequeño destornillador, etc.) y coloque la pila nueva (LR 41 o SR 41). Por favor, preste atención a la posición de colocación. Las pilas las puede conseguir en comercios de relojería o de aparatos eléctricos.

Control técnico de medición

Un comprobación de la exactitud de medición del termómetro SC 35 T, SC 37 T, KD-132 no suele ser necesaria. Para los aparatitos que se utilizan en consultas médicas es necesario un control técnico de medición cada 2 años. Las oficinas de pesos y medidas realizan controles técnicos de medición no gráficos.

Limpieza y desinfección

En las farmacias se encuentran tampones de alcohol de diversos fabricantes con los que se puede limpiar por completo el aparato.

Para la desinfección en caso de utilizar el termómetro en centros médicos se recomienda el uso de Mucoxit®-F2000 o Helipur®-Hplus. Ambos productos son eficaces contra todos los gérmenes de hospitalismo y se pueden conseguir en la farmacia.

Contaminación microbacteriana

Como en el uso doméstico no se suele conseguir una desinfección al cien por cien, se recomienda expresamente que cada paciente utilice su propio termómetro.

Garantía

Concedemos una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Garantizamos por la perfecta calidad de este artículo. Dentro del período de garantía suministramos gratuitamente todos los fallos de material o de manufactura. Si contra toda previsión surge alguna deficiencia, por favor, envíe el artículo al importador. Para que se pueda resolver rápidamente el problema, adjunte, por favor, el comprobante de compra y una breve descripción del fallo. Quedan excluidos de la garantía los gérmenes dañinos que se deben a un tratamiento inadecuado o que están relacionados con la pila y el embalaje.

Indicaciones para el reciclaje

Transcurrida la vida útil del aparato, llévelo, por favor, a un centro de recogida comunal de aparatos eléctricos para eliminarlo en la debida forma.

Las pilas tienen que ser eliminadas debidamente. Para este fin hay recipientes para recoger las pilas en los comercios que venden pilas y en los centros de recogida comunitarias.

Datos técnicos

Tipo termómetro de máxima

Gama de medición 32,0 °C a 43,9 °C; visualización "L" para low (demasiado baja), temperatura inferior a 32,0 °C; visualización "H" para high (demasiado alta).

Exactitud de la medición 0,1 °C entre 35,5 °C a 42,0 °C con una temperatura ambiente de 18 °C a 28 °C.

Autoverificación comprobación interna automática al valor de ensayo de 37,0 °C. En caso de una desviación > 0,1 °C se visualiza "Err".

Visualización pantalla de cristal líquido de 3 dígitos (display LCD)

Tipo de pila 1 unidad: LR 41 o SR 41.

Indicación de la pila El símbolo □ indica que la pila está agotada.

Temperatura de almacenaje -10 °C a 50 °C.

Símbolos

Fabricante

Certificado por el organismo notificado por la TÜV Rheinland

Representante de UE

Pieza aplicada tipo BF

Indicaciones para el reciclaje

hecho mes/ño

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este dispositivo



Digital febertermometer SC 35 T, SC 37 T, KD-132

CE 0197

Vi gratulerar till köpet av denna kvalitetsprodukt från SCALA Electronic GmbH. Läs igenom bruksanvisningen före första användningen.

Egenskaper

SC 35 T, SC 37 T, KD-132 är en maximal termometer, dvs. den högsta temperaturen visas redan efter 60 sekunder. Det senaste mätvärdet sparas.

Särligt

SC 35 T, SC 37 T, KD-132 nadare sålunda är tillräcklig för mätning av läderhudens temperatur.

• Termometern innehåller mindre delar (batterier etc.), som barn kan råka svälja. Förvara därför den termometern alltid utan räckhåll för mindre barn. Har någon råkat svälja ett batteri eller en annan del, måste man omedelbart söka medicinsk hjälp.

• De bifogade batterierna får ej läddas eller reaktiveras, inte tas isär, skadas, eftersom de är för långlivade.

• De vedlagde batterierna får ej läddas eller aktiveras på ny med andre midler, ikke skilles ad, kastes i ilde eller kortsätts.